

Zaczerpie 06.04.2020r

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy zadania „Dostawa materiałów laboratoryjnych”

Realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”- TECHMATSTRATEG pt. „Wydajne lekkie układy zasilające złożone z ogniwa słonecznego i baterii litowo-jonowej oraz ogniwa słonecznego i super kondensatora przeznaczone do zastosowań specjalnych” (umowa o dofinansowanie TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018 z dnia 27.02.2018r.)

W związku ze złożonym wnioskiem o złożenie wyjaśnień treści zapytania Zamawiający przekazuje treść pytań i udzielone odpowiedzi.

1. Proszę o doprecyzowanie, ile wynoszą stężenia składników w mieszaninie wskazanej jako gaz reakcyjny do procesu PVD, mieszanki: azot, argon, wodór”?
2. Czy ilość określoną w litrach należy rozumieć jako wielokrotność pojemności wodnej butli czy też jako ilość gazu przeliczoną z metrów sześciennych?
3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji zapisów umowy?

Ad. 1. Gazy reakcyjne dla procesu PVD muszą zawierać składniki w następujących ilościach:

5% H₂ w N₂ lub 5% H₂ w Ar.

Ad. 2. Ilość określoną w litrach należy rozumieć jako wielokrotność pojemności wodnej butli a nie ilość gazu przeliczoną z metrów sześciennych.

Ad. 3. Po złożeniu oferty umowa zostanie zwarta z Wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. Zmiany umowy są dopuszczone po jej zawarciu na warunkach opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. Zamawiający nie dopuszcza negocjacji umowy po złożeniu oferty przez Wykonawcę.

ML SYSTEM S.A.
Zaczerpie 190G 36-062 Zaczerpie
NIP: 517 02 04 997
REGON: 180206288
KRS: 0000565236

PROKURENT
Olga Stanek
Olga Stanek